



Lingettes désinfectantes prêtes à l'emploi pour la désinfection et le nettoyage des dispositifs médicaux.

mikroqid[®] sensitive wipes

Notre plus

- convient aux dispositifs médicaux sensibles à l'alcool
- adapté aux dispositifs médicaux sensibles
- prêt à l'emploi

Conseils d'utilisation

Avant la désinfection, veuillez-vous assurer que toutes les saletés visibles soient éliminées. Lorsque vous ouvrez l'emballage et retirez la première lingette, veillez à respecter les aspects d'hygiène. Frotter soigneusement la surface avec la lingette imprégnée et laisser agir la solution. Veiller à ce que toute la surface soit humide. Après usage, vérifier que le clapet du couvercle soit bien fermé. Destiné à être utilisé par des professionnels uniquement. Les incidents graves liés au produit doivent être signalés au fabricant et à l'autorité compétente. Ne convient pas à la désinfection finale des dispositifs médicaux semi-critiques et critiques! schülke garantit une durée de conservation de 3 mois après ouverture de l'emballage.

Concerne les recharges pour les boîtes

Commencer par se désinfecter les mains et enfiler des gants de protection neufs. Lors de la recharge, veiller à ce que les gants ne soient pas contaminés par d'autres manipulations. Reporter l'autocollant avec la date de péremption sur la boîte distributrice. Dévisser le couvercle, placer le sachet de recharge entièrement dans la boîte distributrice (le cas échéant, le façonner au préalable pour l'adapter) et découper le bord du sachet. Tirer le chiffon pré-tiré du centre du rouleau, l'enfiler par le bas dans la fente de guidage prévue à cet effet dans le couvercle et le faire passer. Désinfecter et visser le couvercle. Par ailleurs, schülke recommande de renoncer à l'utilisation de recharges dans les zones à haut risque.

Efficacité microbiologique

Efficacité	Solution	Temps d'action
Bactéries EN13727, EN16615 - en conditions de saleté	prêtes à l'emploi	1 min
Bactéries Selon les recommandations VAH temps de contact court	prêtes à l'emploi	1 min
Levure EN13624, EN16615 - en conditions de saleté	prêtes à l'emploi	1 min
Levure Selon les recommandations VAH temps de contact court	prêtes à l'emploi	1 min
activité virucide limitée EN14476 - en conditions de saleté	prêtes à l'emploi	1 min
norovirus EN14476 - en conditions de propreté	prêtes à l'emploi	15 min
polyomavirus SV 40 Conformément à la directive de la DVV (Association allemande de lutte contre les maladies virales, association déclarée) / RKI	prêtes à l'emploi	1 min
rotavirus Conformément à la DVV	prêtes à l'emploi	30 sec

Certificats

- VAH certificate
- IHO listed



Données relatives au produit

Composition:

100g de solution active contiennent : 0,25 g Alkyl(C12-16)dimethylbenzylammoniumchlorid (ADBAC/BKC (C12-16)); 0,25 g Didecyldimethylammoniumchlorid (DDAC), 0,25 g Alkyl(C12-14)ethylbenzylammoniumchlorid (AEBAC (C12-C14))

Données physico-chimiques

Couleur	incolore
Densité	env. 1,00 g/cm ³ / 20 °C / de la solution active
pH	5 - 8 / 100 % / 20 °C / de la solution active
Point d'éclair	Non applicable
Routine FORM	Solution hydro sur textile non-tissé
Viscosité dynamique	Donnée non disponible

Remarques particulières

Avant l'emploi, veuillez toujours observer l'étiquette et les informations sur le produit.

S'agissant de désinfectants de surfaces, il est impératif de vérifier si le spectre d'action répond à vos besoins. «Les produits de désinfection se distinguent notamment par leur spectre d'action sur les microorganismes. Il convient d'en tenir compte lors du choix d'un désinfectant adéquat» Notez qu'il existe des cas de souches bactériennes qui présentent une sensibilité réduite ou un développement de tolérance aux produits de désinfection. ** Entre autres, certains produits à base de composés d'ammonium quaternaire, pourraient alors ne pas être assez efficaces. C'est pourquoi schülke recommande pour la désinfection des surfaces des zones à haut risque (comme par ex, les soins intensifs, l'hématologie, la néonatalogie ou le service des brûlés), de désinfecter les surfaces avec, par exemple, mikrozid[®] PAA wipes ou mikrozid[®] AF wipes qui, en raison de leurs propriétés, couvrent un spectre d'efficacité particulièrement large. Le port de gants de protection est recommandé. D'autres indications sont disponibles sur demande.

Domaines d'application

Le produit convient au nettoyage et à la désinfection des dispositifs médicaux. Notre spécialiste des surfaces sensibles convainc par sa compatibilité exceptionnelle avec les matériaux. Dans les hôpitaux, les matériaux sensibles sont nombreux, c'est pourquoi mikrozid[®] sensitive allie une bonne efficacité à une excellente compatibilité avec les matériaux. Même les têtes à ultrasons* peuvent être désinfectées avec mikrozid[®] sensitive.

Autres numéros de matériel:

#70003101: mikrozid sensitive wipes premium (50 lingettes par softpack)

#70003103: mikrozid sensitive wipes (120 lingettes par boîte)

#70003102: mikrozid sensitive wipes premium maxi (80 lingettes par softpack)

Comment commander

Article	Bon de livraison	N° art.
mikrozid sensitive wipes prem 100 ST SP	6/Carton	70000807
mikrozid sens wipes prem maxi 80 ST SP	6/Carton	70003102
mikrozid sensitive wipes prem 100 ST SP	6/Carton	70003108
mikrozid sensitive wipes prem 50 ST SP	12/Carton	70003101
mikrozid sens wipes Jum Ref 200 ST BT	12/Carton	70003109
mikrozid sensitive wipes Jumbo 200 ST DS	10/Carton	70003104

Informations environnementales

Schülke fabrique ses produits selon des processus modernes, sûrs et respectueux de l'environnement, de manière économique et en respectant des normes de qualité sévères.

Avis d'expert et information

Sur le site Internet www.schuelke.ch, vous trouverez un aperçu de tous les certificats relatifs aux lingettes mikrozid[®] sensitive wipes.

Pour vos questions individuelles:

Customer Sales Service

Tél.: +41 44 466 55 44

E-mail: mail.ch@schuelke.com

*pas pour la désinfection finale

**RKI Recommendation : Exigences d'hygiène pour le nettoyage et la désinfection des surfaces



GEPRÜFTES
UMWELTMANAGEMENT
REG. NR. 01-100-10003



Schülke & Mayr GmbH est titulaire d'une autorisation de fabrication selon le paragraphe 13 alinéa 1 de la loi allemande pour les médicaments et les certificats de conformité aux BPF des produits médicaux.

schülke Suisse
Schülke & Mayr AG
Hungerbühlstrasse 22
8500 Frauenfeld
Schweiz
Tel. +41 (0) 44 - 46655 - 44
www.schuelke.ch
mail.ch@schuelke.com

schülke siège principal
Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt, Allemagne
Tél +49 (0) 40 - 52100 - 0
Fax +49 (0) 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
mail@schuelke.com